

Testicular-Implantate



Solid Elastomer oder Gel gefüllt



Beschreibung

Ein Implantat aus medizinisch reinem Silicon, das dem normalen männlichen Hoden in Bezug auf Gewicht, Größe und Beschaffenheit sehr ähnlich ist.

Das Implantat dient zur kosmetischen Wiederherstellung, um psychologischen Schwierigkeiten vorzubeugen, diese auszuräumen oder auf ein Minimum zu beschränken.

Das Hoden-Implantat ist steril verpackt und in drei Größen mit einer (optionalen) Fixationsschlinge lieferbar, um den unterschiedlichen anatomischen Anforderungen zu entsprechen. Es besteht aus einer mechanisch hoch resistenten Siliconelastomer-Hülle, entweder mit Silicon-Gel oder mit einem weichen Silicon-Elastomer gefüllt.



Indikationen

Das Hoden-Implantat ist für die Hoden-Plastik im Falle von Anorchismus, Hodenentfernung, Hodenretention oder Ektopie des Hodens infolge kongenitaler Defekte, Krankheiten und Traumata bestimmt.

Kontraindikationen

Das Implantat ist nicht zu verwenden bei Patienten, die an einer Infektion des Skrotalbereiches leiden oder eine Krankheitsgeschichte mit mehreren wiederholten Infektionen oder anderen physiologischen/anatomischen Komplikationen des Skrotums aufweisen.

Ausführung	Kat.-Nr.	Größe	Abmessungen	Gewicht
Solid Elastomer (Firm) mit Fixationsschlinge zum optionalen Gebrauch	TFI-1	small	26 x 31 mm	15,0 g
	TFI-2	medium	34 x 39 mm	27,0 g
	TFI-3	large	36 x 42 mm	33,0 g
Gel-Fill mit Fixationsschlinge zum optionalen Gebrauch	TGI-D-1	small	26 x 31 mm	13,0 g
	TGI-D-2	medium	34 x 39 mm	23,5 g
	TGI-D-3	large	36 x 42 mm	30,0 g

Ein Produkt der Firma NAGOR Ltd., Großbritannien

Vertrieb in Deutschland durch:

A M T Aromando Medizintechnik GmbH, D-40213 Düsseldorf
Tel. 0211 / 862 999 - 0 Fax 0211 / 862 999 - 29 eMail: info@amt-med.de